



komax

PRÜFEINHEIT Q1210

PRÜFEINHEIT ZUM VERIFIZIEREN / JUSTIEREN DES AUSZUGSKRAFTMESSGERÄTS Q1210

Funktion

Durch eine jährliche Inspektion lässt sich die Genauigkeit des Auszugskraftmessgeräts Q1210 überwachen und dessen Präzision sicherstellen. Die Prüfeinheit Q1210 ermöglicht es, die Verifikation und Justage schnell und einfach durchzuführen.

Nach der Installation des Referenzsensors und dem Anschluss an einen PC über eine USB-Schnittstelle, nimmt die Prüfeinheit mehrere Messwerte über den gesamten Messbereich auf. Diese werden automatisch mit den Referenzwerten verglichen und mittels Verifikationsprotokoll ausgegeben.

Dank der Vorgabe der Sollwerte in einem Toleranzband sind die einzelnen Messpunkte schnell angefahren.

Technische Daten

Messbereich	20 – 1000 N
Auflösung	0.001 N
Genauigkeitsklasse	00
Schnittstelle	USB
Format des Prüfprotokolls	PDF
Kalibrierverfahren	DIN EN ISO 376
Empfohlenes Rezertifizierungsintervall	24 Monate
Abmessungen Prüfkoffer (B×H×T)	460×340×175mm (18.1×13.4×6.9in.)

Ihr Gewinn

- **Sicherstellung und Nachweis der einwandfreien Funktion des Auszugskraftmessgerätes Q1210**
- **Generierung eines Verifikationsprotokolls**
- **Einfache Montage**
- **Schnelle Aufnahme der Messwerte**